



## ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025/011-PE

### PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01.18082025

Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Consórcio Público da Microrregiao de Quixadá e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 01/2025, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco, em atendimento às disposições contidas na Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo n° 01.18082025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão n° 2025/011-PE.

**Modo de disputa:** Aberto e fechado

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE DE 100 LITROS DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO E DA POLICLINICA DE QUIXADA DR. FRANCISCO CARLOS CAVALCANTE ROQUE DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ – CPSMQ

O Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

### PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
44.239.382/0001-86	PHOENIX LUFERCO LTDA	NÃO	309.200,00	28/08/2025 15:00:33
61.374.161/0001-30	BAUMERSA	NÃO	307.780,00	05/09/2025 10:48:15
13.576.534/0001-02	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	309.350,00	05/09/2025 16:33:31
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	309.340,00	08/09/2025 08:01:48
01.177.248/0001-95	CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA	NÃO	308.000,00	08/09/2025 08:41:04

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

**item 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM IMPRESSORA** OBJETO: AUTOCLAVE HOTIZONTAL HOSPITALAR. INDICAÇÃO: PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA SER USADO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. COM OSMOSE, APRESENTAÇÃO: CAPACIDADE 100 LITRO





**Propostas:** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
01.177.248/0001-95	CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA	NÃO	NÃO	2,0	154.000,00	308.000,00	08/09/2025 08:41:04
<p><b>Marca:</b> PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> PRÓPRIO  <b>Modelo/Versão:</b> H11CQL44XXXPN01  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> H11CQL44XXXPN01 - AUTOCLAVE CH100 1P/CI316/CE304/G304/IHM4.3/380-220V DESCRIPTIVO RETANGULAR 1 PORTA Autoclave Hospitalar - Esterilização de diferentes materiais e instrumentos termorresistentes utilizando alto-vácuo pulsante e vapor saturado sob pressão. Registro ANVISA: Fabricada no Brasil de acordo com as normas: Nacionais: NBR 11816:2003, NBR 5410:2008, NBR ISO 17665-1:2010, NBR IEC 60601-1:2010, NBR IEC 60601-1-2:2010, NR-13 e RDC 15, 16, 17 Internacionais: ASME XIII, EN 285 e IEC 61010-1:2001, de qualidade e segurança. Etapa de pré-vácuo: Sequência de 4 pulsos de vácuo e 3 de injeções de vapor, nos ciclos pré-programados. 23 Programas de esterilização Dados Técnicos: - Capacidade da câmara interna 105L; - 1 Porta, automática, com fechamento e travamento por deslizamento vertical através de cilindro pneumático com sistema de segurança antiesmagamento, isolamento térmico com manta de fibra cerâmica de 1 polegada, em chapa de aço inox AISI 316L, espessura de 12,7 mm, com acabamento externo em aço inox AISI 304 escovado; - Guarnição de silicone com sistema de ativação por pressão de ar comprimido que mantém a vedação da porta durante processo de esterilização; - Câmara interna horizontal, retangular, espessura 5 mm, construída em aço inox AISI 316L, com capacidade para uma UE (unidade de esterilização), polimento mecânico sanitário, conexões soldadas em aço inox AISI 316, entrada de 1 polegada para validação independente de sensores de temperatura para a coleta de dados e dreno protegido com filtro de malha de aço inox; - Câmara externa em aço inox AISI 304L, isolamento térmico removível com manta de fibra cerâmica, construído com tecido de meta aramida antichama e velcro para alta temperatura; - Protegida por válvula de segurança ASME UV VIII, com certificado de calibração; - Purgador termodinâmico, autolimpante, para total eliminação de ar e condensado; - Gabinetes externos em aço inox AISI 304, acabamento escovado, abertura frontal (com chave) e laterais para facilitar a instalação e manutenção; - Estrutura modular em aço-carbono com canaletas para organização de cabos e mangueiras, pintura eletrostática; - Sapatas niveladoras com ajuste de altura de até 50 mm; - Tela IHM (Interface HomemMáquina), colorida, tamanho 4,3", touch screen; - Sistema eletrônico de cruzamento de dados de temperatura x pressão; - Controle de usuários e níveis de permissão de operação (permitindo o acesso com utilização de senha); - Sistema de impressão do ciclo por meio de impressora matricial de impacto, registro do lote, memória para armazenamento e registro de ciclos por até 5 anos, disponíveis para reimpressão; - Cálculo de letalidade do ciclo no processo de esterilização (F0); - Botão de emergência; - Manômetro e Manovacuômetro com tubo Bourdon, construídos em aço inox, padrão DN 63, classe de exatidão A +/- 1,6%, para indicação das pressões da câmara interna e externa; - Sistema de controle por CLP (controlador lógico programado); - Opção de cancelamento por meio da tela IHM a qualquer momento, com registro na impressão; - Fontes de energia tipo chaveadas industriais; - Disjuntores de proteção com sistema de identificação de desarme; - Chave de segurança da porta frontal que impede o funcionamento do equipamento caso a porta não esteja fechada; - Sistema de alerta sonoro para auxiliar a monitorização; - Sistema de alarmes para detectar falha de funcionamento, falhas de componentes elétricos e mecânicos, acionamento de sistemas de segurança, indicações para o usuário; - Sistema de rotina de emergência que na falta de energia elétrica, mantém o travamento da porta até a despressurização da câmara interna; - Sistema de segurança pneumático que impede abertura da tampa quando a autoclave estiver em ciclo; - Painel elétrico com isolamento térmico e ventilação; - Tubulação de vapor flexíveis, em ligas de cobre; - Tubulação de descarte de vapor em EPDM com reforço de trança de fios sintéticos; - Válvulas angulares em aço inox com vedação de teflon; - Bloco manifold com válvulas solenoides de comando para acionamentos pneumáticos; - Válvulas solenoides elétricas para demais controles de linha de suprimentos; - Bomba de vácuo, monobloco de anel líquido para execução dos pulsos de vácuo no acondicionamento da carga no início do ciclo, na secagem e na fase final do processo; - Gerador de vapor em aço inox AISI 304L, flangeado, abastecimento automático através de uma bomba de água, protegido por válvula de segurança inox tipo argola ASME UV VIII, com certificado de calibração, nível de água controlado por sistema de boias de aço inox de nível alto e baixo, com conexões tri-clamps, resistências blindadas em aço AISI 316, com conexões tri-clamps para troca rápida, isolamento térmico removível com manta de fibra cerâmica, construído com tecido de meta aramida antichama e velcro para alta temperatura; - Comando das resistências e das bombas de água e de vácuo por chaves contatoras; - Bomba de</p>							



CNPJ/CPF	áqua autoescorvante, em aço inox e polímero de engenharia, para abastecimento automático de água, gerador de vapor, filtro de admissão de ar e PTFE para filtragem de partículas, 1,2 µm, - 2 Sensores tipo PT100 classe A para controle da temperatura interna do equipamento; - 2	PORTO FORNECEDOR		DECLARAÇÃO ME/EPI		QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
		ME	EPI	ME	EPI/COOP				
	Transmissores de pressão para controle da pressão interna; - 2 Pressostatos para segurança redundante de sobrepressão; - Ruído de acordo com o estabelecido pela portaria Ministerial do Trabalho; - Pressão de trabalho mínima e máxima de 1,2 bar à 2,2 bar; - Temperatura de trabalho de 105°C à 134°C; - Dimensões da embalagem (LxAxP): 93x115x 185 cm - Dimensões do produto (LxAxP): 78x170x95 cm - Dimensões da câmara (LxAxP): 40x40x66 cm - Peso líquido: 550 kg - Peso bruto: 580 kg - Potência da autoclave: 20 kW - Potência gerador de vapor: 18 kW - Potência bomba de vácuo: 1,5 CV/HP - Potência bomba de água: 0,8 kW - Consumo elétrico médio: 10 kW/h - Voltagem: 220 / 380 VAC ? Trifásico / Frequência: 60 Hz; - Garantia: 12 meses Acessórios - 1 Osmose Reversa, sistema de purificação de água para adequação aos parâmetros da norma, controle de nível com boia magnética (reed switch), capacidade de produção 60 l/hora ? reservatório de 50 litros; - 1 Cesto aramado interno em aço inox 304L, dimensões 30x30x60 cm (1 UE) OU Rack interno com prateleira e rodízios de peek, em aço inox 304L; - 1 Unidade de conservação para linha de ar (filtros coalescente, carvão ativado e lubrificante) e regulador de fluxo com manômetro; - 1 Impressora Matricial (item de série) Incluso Frete, Impostos, Taxas, Instalação, Treinamento Operacional, Qualificação de Instalação (QI), de Operação (QO) e de Desempenho (QD). Assistência Técnica Autorizada. Observação: É de responsabilidade do Cliente/Comprador as Conexões para as linhas de suprimentos: Rede de Água, Elétrica, Pneumática e de Drenagem, conforme layout de instalação.								
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	NÃO	SIM	2,0	154.670,00	309.340,00	08/09/2025 08:01:48		
	Marca: PHOENIX LUFERCO Fabricante: PHOENIX LUFERCO Modelo/Versão: 39205 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM IMPRESSORA OBJETO: AUTOCLAVE HOTIZONTAL HOSPITALAR. INDICAÇÃO: PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA SER USADO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. COM OSMOSE, APRESENTAÇÃO: CAPACIDADE 100 LITROS. COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08, CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMA (DXP): 40X80 CM, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 165X65X125 CM, TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA DESLIZANTE ABERTURA AUTOMATICA (IP/V/C), POTÊNCIA: 11KW, TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO (E), SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE ¾ HP 220/380V 60HZ TRIFÁSICA, INSTRUMENTOS: MANOVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA, INSTRUMENTOS: MANOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR. IMPRESSORA SERIAL: IMPRESSORA TERMICA, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES DO CICLO SELECIONADO. PRODUTO DE 1ª QUALIDADE. PRAZO DE GARANTIA: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO CONTRATANTE. A GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER TOTAL. DEVERÁ SER OFERECIDA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE MANUTENÇÃO AUTORIZADA NO ESTADO DO CEARA; NO PERÍODO DE GARANTIA, OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÃO SER EFETUADOS E O PROBLEMA SOLUCIONADO NUM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA DATA DA SOLICITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO OFICIAL, ADMITINDO PRORROGAÇÃO COM PRÉVIA JUSTIFICATIVA POR MAIS 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS (MÁXIMO) CONDICIONADA À ACEITAÇÃO DO CONTRATANTE.								
13.576.534/0001-02	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	2,0	154.675,00	309.350,00	05/09/2025 16:33:31		

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 154-400-5480  
PÁGINA: 3 DE 12 - ELISTÉNIO DA NÓBREGA LIMA - CPF: 924.4111-53





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p><b>Marca:</b> PHOENIX  <b>Fabricante:</b> PHOENIX  <b>Modelo/Versão:</b> PHOENIX</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM IMPRESSORA OBJETO: AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR. INDICAÇÃO: PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA SER USADO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. COM OSMOSE, APRESENTAÇÃO: CAPACIDADE 100 LITROS. COMANDO: CONTROLADOR MICROPROCESSADO PHA-08, CAPACIDADE NOMINAL DA CÂMARA: 100 LITROS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMA (DXP): 40X80 CM, DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 165X65X125 CM, TIPO/NÚMERO DE PORTAS: 1 (UMA) PORTA DESLIZANTE ABERTURA AUTOMÁTICA (IP/VC), POTÊNCIA: 11KW, TENSÃO: 220 V TRIFÁSICO, FUNCIONAMENTO: ATRAVÉS DE GERADOR ELÉTRICO ACOPLADO (E), SECAGEM: BOMBA DE VÁCUO DE <math>\frac{3}{4}</math> HP 220/380V 60HZ TRIFÁSICA, INSTRUMENTOS: MANOVACUÔMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO E VÁCUO NA CÂMARA INTERNA, INSTRUMENTOS: MANOMETRO INDICATIVO PARA PRESSÃO NA CÂMARA EXTERNA (JAQUETA) E GERADOR DE VAPOR. IMPRESSORA SERIAL: IMPRESSORA TERMICA, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES DO CICLO SELECIONADO. PRODUTO DE 1<sup>a</sup> QUALIDADE. PRAZO DE GARANTIA: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO CONTRATANTE. A GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER TOTAL. DEVERÁ SER OFERECIDA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE MANUTENÇÃO AUTORIZADA NO ESTADO DO CEARA; NO PÉRÍODO DE GARANTIA, OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DEVERÃO SER EFETUADOS E O PROBLEMA SOLUCIONADO NUM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA DATA DA SOLICITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO OFICIAL, ADMITINDO PRORROGAÇÃO COM PRÉVIA JUSTIFICATIVA POR MAIS 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS (MÁXIMO) CONDICIONADA À ACEITAÇÃO DO CONTRATANTE.</p>						
61.374.161/0001-30	BAUMER S/A	NÃO	NÃO	2,0	153.890,00	307.780,00	05/09/2025 10:48:15
	<p><b>Marca:</b> BAUMER S/A  <b>Fabricante:</b> BAUMER S/A  <b>Modelo/Versão:</b> NURSE II - B0108-100</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> A Esterilizadora a Vapor NURSE II é um dispositivo de pequeno porte destinado a atender os mais criteriosos parâmetros de esterilização, bem como Normas de Fabricação e segurança de instituições nacionais e internacionais. O Esterilizador é destinado à esterilização de material de densidade como campos e roupas cirúrgicas, instrumentais e utensílios empacotados ou não, vidros, luvas, seringas, borrachas. Indicado para uso em hospitais, unidades de pronto socorro e atenção ambulatorial, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios de análise clínica e laboratórios para controle de qualidade. Utiliza vapor saturado de água sob pressão com fase de condicionamento da carga com remoção de ar através de pulsos de vácuo e pressão de vapor e secagem sob vácuo. As principais configurações consideradas na montagem da Esterilizadora a Vapor de Água Baumer modelo NURSE II cotada nesta proposta em resumo são: Câmara em Perfil Cilíndrico com volume total de 100 Litros. Câmaras em Aço Inoxidável AISI 316L de 4,76 mm (3/16") e Polimento Sanitário. Equipamento construído com Porta Única para carga e descarga. Com 03 opções de ciclos de esterilização (fixos ou programáveis). Estrutura (chassis) em Aço Carbono com tratamento anticorrosivo. Faces Frontal e Laterais em aço inoxidável AISI 304 escovado (sem acabamento na face Posterior) Bomba de Vácuo Anel Líquido (Simples Estágio de Sucção). Tubulações em contato direto com a Câmara em aço inoxidável AISI 316 Demais Tubulações sem contato direto com a Câmara em Cobre. Interface via tela táctil (touchscreen) de 4,3 polegadas. Porta USB para exportar dados dos ciclos em formato PDF para Pendrive. Impressora Térmica na face frontal. COMPONENTES, ACESSÓRIOS E DEMAIS ITENS EXTRAS – NURSE II A opção de Esterilizadora Baumer modelo NURSE II cotada nesta proposta incluirá os itens Componentes, Acessórios de Operação, Peças e Consumíveis abaixo descritos e ilustrados. Seus quantitativos estão citados mais adiante nesta proposta nas Condições Gerais para Fornecimento. 01 (UM) x GERADOR DE VAPOR 12 kW (V0100-012-200): Gerador Elétrico de Vapor Limpo com abastecimento de água pura através de bomba. Potência de 12 KW. Conexões Rosqueadas em Aço Inoxidável. Corpo em aço inoxidável AISI-316L. Resistências blindadas, eletropolidas em aço inoxidável AISI-316. Câmara em aço inox AISI 316L. 01 (UM) x SISTEMA DE OSMOSE REVERSA 20 LT/H DE PAREDE (H0100-020): Sistema de Tratamento de Água por Osmose Reversa com capacidade de produção de 20 (sessenta) litros por hora e Reservatório para 50 litros. Equipamento para fixação em parede. Desenvolvido especialmente para purificar a água, atendendo a qualidade necessária para suprir os geradores de vapor dos equipamentos Baumer. 01 (UM) x CAVALETE DE AGUA (H0200-001): Cavalete composto de válvula de fecho rápido, manômetro, filtro com elemento de 5 micras, e válvula de retenção.</p>						





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
44.239.382/0001-86	PHOENIX LUFERCO LTDA	NAO	NAO	2,0	154.600,00	309.200,00	28/08/2025 15:00:33
<p><b>Marca:</b> LUFERCO  <b>Fabricante:</b> PHOENIX  <b>Modelo/Versão:</b> 39209</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Autoclave horizontal marca Luferco, modelo 39209, capacidade de 100 litros, procedência nacional, Registro ANVISA nº 80004710004, Dimensões internas (A x L x P): 41 x 41 x 60 cm Dimensões externas (A x L x P): 171 x 85 x 110 cm, fabricada de acordo com normas ABNT NBR 11816, ABNT NBR 5410, EN 1041, ABNT NBR ISO 17665, EN 285, ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2, ABNT NBR IEC 61010-1, IEC 61010-2-040, IEC 61326-1, IEC 62304, ABNT NBR IEC 62366, atende Requisitos de Boas Práticas para o Processamento de Produtos para Saúde (RDC 15), ASME VIII - Div. I e norma regulamentadora NR-13. Acompanha manual do usuário (instalação, operação e manutenção) e manual do comando do equipamento, relatório de testes hidrostático da câmara e gerador de vapor, prontuário da câmara e gerador de vapor. Empresa certificada com base nas normas ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 13485 e atende Boas Práticas de Fabricação (BPF) conforme RDC 665 da ANVISA. COMANDO: Controle feito através de CLP (Controlador Lógico Programável) com IHM Touch Screen. Possui 20 programas de esterilização configuráveis + Cálculo de F0. Programas tais como pacotes, instrumentais, termo sensíveis, líquidos, flash e teste de Bowie Dick e teste de estanqueidade (Leak Test), entre outros. Possibilita a configuração da temperatura de trabalho de 90 a 135°C e tempo de esterilização e secagem de até 99 minutos cada. Com tela colorida de 4,3", que além de todas as informações do processo permite a visualização da curva gráfica das fases do ciclo. Possibilita a comunicação serial RS-232 para Impressora, possibilitando registro e impressão dos dados de cada ciclo realizado. Contém canais de entradas analógicas e digitais e canais de saídas analógicas e digitais. Extensão com canais de entrada para sensor PT-100 e extensão mista com e entradas e saídas digitais. Possibilidade de visualização dos parâmetros do ciclo selecionado, fases do ciclo programado mediante senha, operação em processo, mensagens operacionais e de segurança, pressão do gerador de vapor, pressão da câmara externa, vácuo e pressão da câmara interna e temperatura dos sensores. Possui porta de comunicação RS-232 e RS485 incorporadas e suporta redes Ethernet, DeviceNet, CANopen sendo possível trabalhar flexivelmente com equipamentos e dispositivos periféricos. Os instrumentos de medição e controle estão dispostos em um painel contendo: Chave liga-desliga com indicação luminosa; Manômetro indicativo da pressão no gerador de vapor; Manovacômetro indicativo de pressão e vácuo na câmara interna; Botão de emergência para desligamento total do equipamento e despressurização rápida do gerador; Controlador Lógico Programável; CÂMARAS: Câmara interna em formato cilíndrico, fabricada em aço inoxidável AISI 304L, com acabamento polido sanitário brilhante, utilizada para acomodação, esterilização e secagem dos materiais e câmara externa fabricada em aço inoxidável AISI 304. Testadas hidrostaticamente conforme norma NR 13. Possui isolação térmica, através de camadas de lã de rocha alumínizada, e revestimento externo com chapas galvanizadas para evitar perda de calor e aquecimento do ambiente de trabalho. Dotada de ponto de tomada de temperatura e validação. 01 (uma) porta construída em aço inoxidável, com isolamento térmico, sendo seu movimento ascendente e descendente vertical, tipo guilhotina (deslizante), fechamento e travamento automáticos por sistema de pistão pneumático. Acionamento das vedações das portas por injeção de ar comprimido (fornecido pelo cliente), com anéis de borracha de silicone. Sistema de segurança que impede a abertura da porta quando o equipamento estiver pressurizado; Sensor antiesmagamento que impede o funcionamento da porta mitigando possíveis riscos de esmagamento de membros e acessórios, durante o movimento ascendente da porta; Válvulas de segurança para alívio imediato na câmara externa, caso a pressão ultrapassar o limite máximo de trabalho; Válvula manual, para descarga total do vapor e pressão em caso de emergência; Pressostato de segurança e controle na câmara externa e câmara interna; Controle de nível de eletrodos, para controle da energia elétrica nas resistências conforme o nível de água, protegendo-as contra queima; Registro de agulha acoplado à câmara interna para descompressão lenta e eliminação da umidade; Registro de controle de vazão entre a câmara interna e externa para controle da injeção de vapor nos testes de Bowie Dick; POTÊNCIA / TENSÃO: Dotado de resistências elétricas com potência total de 13 KW em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 11816:2003 e tensão de 220 V Trifásico. FUNCIONAMENTO: Através de gerador de vapor acoplado à câmara externa. Fabricado em aço inoxidável. Abastecido automaticamente por meio de bomba de água, com funcionamento elétrico feito através de resistências acopladas ao equipamento. Com eletrodos para controlar o nível de água e cortar a corrente elétrica no caso de obstrução do fornecimento de água, protegendo as resistências contra queima. Externamente revestido com camadas de lã de rocha alumínizada e revestimento externo com chapas galvanizadas para evitar perda de calor e aquecimento do ambiente de trabalho. Sistema de Vácuo: Dotado de uma bomba de vácuo para processar as operações de pré-vácuo e secagem, por extração da umidade dos materiais esterilizados. ABASTECIMENTO: Dotado de uma bomba de água para abastecer automaticamente o gerador de vapor antes ou durante os ciclos de esterilização, com potência capaz de abastecê-lo</p>							





CNPJ/CPF	mesmo quando pressurizado. Acessórios: 01 Impressora serial térmica, para registro das informações do kit selecionado, 01 Carro interno de aço com aço inoxida vel com prateleira em tamanho compatível com a câmara interna. 01 Carro externo, fabricado em aço inox, com rodízios, para	PORTO DE DECLARAÇÃO	ME/EPP	ME/EPP/COOP	QTD	V. UNI	V. TOTAL	DATA/HORA
	transporte do carro interno, 01 Kit Osmose reversa com capacidade para 16 litros/hora, para purificação da água a ser utilizada no gerador de vapor da autoclave. 01 Reservatório de armazenamento de água do sistema de osmose reversa.							

## EVENTO(S)

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Iniciada a etapa de lance aberto com duração de 15 minutos			08/09/2025 09:30:28
Lance registrado	Lance registrado	44.239.382/0001-86	153.850,0000	08/09/2025 09:35:52
Lance registrado	Lance registrado	61.374.161/0001-30	150.000,0000	08/09/2025 09:37:27
Lance registrado	Lance registrado	44.239.382/0001-86	149.990,0000	08/09/2025 09:37:52
Lance registrado	Lance registrado	32.593.430/0001-50	149.000,0000	08/09/2025 09:41:45
Lance registrado	Lance registrado	61.374.161/0001-30	145.000,0000	08/09/2025 09:41:56
Lance registrado	Lance registrado	44.239.382/0001-86	148.900,0000	08/09/2025 09:41:58
Lance registrado	Lance registrado	44.239.382/0001-86	144.900,0000	08/09/2025 09:42:13
Lance registrado	Lance registrado	61.374.161/0001-30	140.000,0000	08/09/2025 09:43:44
Lance registrado	Lance registrado	44.239.382/0001-86	139.900,0000	08/09/2025 09:43:56
Lance registrado	Lance registrado	61.374.161/0001-30	130.000,0000	08/09/2025 09:44:11
Lance registrado	Lance registrado	44.239.382/0001-86	129.900,0000	08/09/2025 09:44:28
Lance registrado	Lance registrado	01.177.248/0001-95	129.000,0000	08/09/2025 09:44:29
Lance registrado	Lance registrado	44.239.382/0001-86	128.900,0000	08/09/2025 09:44:41
Lance registrado	Lance registrado	61.374.161/0001-30	120.000,0000	08/09/2025 09:45:05
Lance registrado	Lance registrado	44.239.382/0001-86	119.900,0000	08/09/2025 09:45:15
Lance registrado	Lance registrado	61.374.161/0001-30	110.000,0000	08/09/2025 09:45:26
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance aberto			08/09/2025 09:45:28
Inicio	Iniciada a fase com fechamento iminente de até 10 minutos (Tempo sorteado pelo sistema: 09:15)			08/09/2025 09:45:28

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 154-400-5480  
PÁGINA: 6 DE 12 - ELISTÉNIO DA NOBREGA LIMA - CPF: 924.\*\*\*.\*\*-53





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	01.177.248/0001-95	90.000,0000	08/09/2025 09:47:58
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	61.374.161/0001-30	103.290,0000	08/09/2025 09:48:18
Lance	Lance registrado na etapa fechamento iminente	32.593.430/0001-50	109.999,9900	08/09/2025 09:54:30
Encerramento	Encerrada a disputa da fase de fechamento iminente			08/09/2025 09:54:43
Ínicio	Iniciada a etapa de lance fechado com duração de 5 minutos			08/09/2025 09:54:43
Classificado	Participante(s) classificado(s)	01.177.248/0001-95	90.000,0000 (-)	08/09/2025 09:54:44
		61.374.161/0001-30	103.290,0000 (14,77%)	08/09/2025 09:54:44
		32.593.430/0001-50	109.999,9900 (22,22%)	08/09/2025 09:54:44
		44.239.382/0001-86	119.900,0000 (33,22%)	08/09/2025 09:54:44
Lance	Lance registrado na etapa fechada	44.239.382/0001-86	115.000,0000	08/09/2025 09:55:29
Lance	Lance registrado na etapa fechada	01.177.248/0001-95	85.990,0000	08/09/2025 09:57:05
Reinício	Considerando a ausência de lances final e fechado, reiniciamos a etapa fechada para que os demais participantes na ordem de classificação possam ofertar um lance final e fechado.			08/09/2025 09:59:43
Encerramento	Encerrada a disputa da etapa de lance fechado			08/09/2025 10:04:43
Encerramento	Encerrada a fase de lances			08/09/2025 10:05:24
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 01.177.248/0001-95, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 08/09/2025 às 12:38	01.177.248/0001-95	85.990,0000	08/09/2025 10:38:00
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 01.177.248/0001-95.	01.177.248/0001-95	85.990,0000	08/09/2025 13:23:21
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 01.177.248/0001-95, no valor de R\$ 85.990,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e noventa reais)			10/09/2025 11:13:25
Inabilitado	A participante CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA inscrito no CNPJ/MF Nº 01.177.248/0001-95, R\$ 85.990,00 foi inabilitado. Motivo: A empresa descumpriu o edital por não apresentar o item 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e por apresentar de forma incompleta o item 8.24. tendo deixado de apresentar o balanço patrimonial do ano de 2023.			10/09/2025 16:15:50





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Convocação	Participante BAUMER S A inscrito no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30, foi convocada.			10/09/2025 16:15:56
Prazo exequibilidade	O Pregoeiro(a) vem oportunizar a participante BAUMER S A inscrito no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30, apresentar a exequibilidade da sua proposta, ficando estabelecido o prazo final em 11/09/2025 às 13:06	61.374.161/0001-30	103.290,0000	11/09/2025 11:04:39
Exequibilidade aceita	O Pregoeiro(a) aceitou a exequibilidade apresentada pela participante BAUMER S A inscrito no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30.	61.374.161/0001-30	103.290,0000	11/09/2025 13:17:05
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante BAUMER S A inscrito no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30, no valor de R\$ 103.290,00 (cento e três mil, duzentos e noventa reais)			11/09/2025 15:29:59
Habilitado	Habilitada a participante BAUMER S A inscrito no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30			12/09/2025 12:58:49
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante BAUMER S A inscrito no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30, no valor de R\$ 103.290,00 (cento e três mil, duzentos e noventa reais)			12/09/2025 12:58:55

## DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

CNPJ/CPF	PARTICIPANTE
61.374.161/0001-30	BAUMER S A

## DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico nº. 2025/011-PE. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.	08/09/2025 09:30:17
Sistema	O item 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM IMPRESSORA OBJETO: AUTOCLAVE HOTIZONTAL HOSPITALAR. INDICAÇÃO: PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA SER USADO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. COM OSMOSE, APRESENTAÇÃO: CAPACIDADE 100 LITRO foi iniciada.	08/09/2025 09:30:28
Sistema	O item 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM IMPRESSORA OBJETO: AUTOCLAVE HOTIZONTAL HOSPITALAR. INDICAÇÃO: PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA SER USADO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. COM OSMOSE, APRESENTAÇÃO: CAPACIDADE 100 LITRO está entrando em fechamento iminente.	08/09/2025 09:45:28





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	item 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM IMPRESSORA OBJETO: AUTOCLAVE HOTIZONTAL HOSPITALAR. INDICAÇÃO: PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA SER USADO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. COM OSMOSE, APRESENTAÇÃO: CAPACIDADE 100 LITRO - está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Considerando a ausência de lance final e fechado, será reiniciada a etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado.	08/09/2025 09:54:43
Sistema	1 - item 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM IMPRESSORA OBJETO: AUTOCLAVE HOTIZONTAL HOSPITALAR. INDICAÇÃO: PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA SER USADO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. COM OSMOSE, APRESENTAÇÃO: CAPACIDADE 100 LITRO está iniciando a etapa fechada para participantes classificados. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do Art. 33 do Decreto 10.024, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais participantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o ordenamento dos lances em ordem crescente de vantajosidade.	08/09/2025 09:59:43
Sistema	item 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM IMPRESSORA OBJETO: AUTOCLAVE HOTIZONTAL HOSPITALAR. INDICAÇÃO: PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA SER USADO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. COM OSMOSE, APRESENTAÇÃO: CAPACIDADE 100 LITRO está aguardando encerramento do(a) pregoeiro(a)..	08/09/2025 10:04:43
Sistema	O item 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM IMPRESSORA OBJETO: AUTOCLAVE HOTIZONTAL HOSPITALAR. INDICAÇÃO: PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA SER USADO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. COM OSMOSE, APRESENTAÇÃO: CAPACIDADE 100 LITRO foi finalizada.	08/09/2025 10:05:25
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 01.177.248/0001-95, a exequibilidade até a data 08/09/2025 às 12:38. Motivo: Em virtude do percentual de desconto de 44,40%, tendo como amparo legal o §. 2 Art. 59. da lei 14.133/2021, administração decide realizar diligencia para aferir a exequibilidade da proposta, sendo concedido o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da mesma, junto a plataforma.	08/09/2025 10:38:00
CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA	Pregoeiro, documento anexado na plataforma.	08/09/2025 11:04:56
CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA	Pode confirmar o envio? Por gentileza.	08/09/2025 11:05:21
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 01.177.248/0001-95 foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: A empresa atendeu a solicitação do pregoeiro, apresentando a comprovação de exequibilidade.	08/09/2025 13:23:21
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 01.177.248/0001-95, a proposta readequada até a data 08/09/2025 às 15:25.	08/09/2025 13:24:22
CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA	A participante CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 01.177.248/0001-95, enviou a proposta readequada.	08/09/2025 14:38:46





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Caros licitantes o processo será temporariamente suspenso para analise da proposta e retornara dia 10 de setembro de 2025 as 10:00 da manhã. desde já agradecemos a compreensão	08/09/2025 16:07:04
Pregoeiro(a)	Bom dia caros licitantes, estamos dando continuidade ao processo.	10/09/2025 10:08:30
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 01.177.248/0001-95, os documentos habilitatórios até a data: 10/09/2025 às 13:14.	10/09/2025 11:13:42
CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA	Boa tarde, pregoeiro. Os documentos haviam sido previamente juntados. Haverá necessidade de novo envio? Se sim, pode abrir o prazo? Por gentileza	10/09/2025 16:02:46
Pregoeiro(a)	Participante CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 01.177.248/0001-95 foi inabilitada do(s) item 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM IMPRESSORA OBJETO: AUTOCLAVE HOTIZONTAL HOSPITALAR. INDICAÇÃO: PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA SER USADO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. COM OSMOSE, APRESENTAÇÃO: CAPACIDADE 100 LITRO pelo pregoeiro(a). Motivo: A empresa descumpriu o edital por não apresentar o item 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e por apresentar de forma incompleta o item 8.24. tendo deixado de apresentar o balanço patrimonial do ano de 2023.	10/09/2025 16:15:50
Pregoeiro(a)	Participante CRISTOFOLI EQUIPAMENTOS DE BIOSSEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 01.177.248/0001-95 foi inabilitada pelo pregoeiro(a). Motivo: A empresa descumpriu o edital por não apresentar o item 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e por apresentar de forma incompleta o item 8.24. tendo deixado de apresentar o balanço patrimonial do ano de 2023.	10/09/2025 16:15:50
Pregoeiro(a)	Prezados licitantes, o processo será temporariamente suspenso e retornara dia 11 de setembro as 11hs da manhã.	10/09/2025 16:22:45
Pregoeiro(a)	Bom dia prezados licitantes, estamos dando continuidade ao processo.	11/09/2025 11:00:39
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante BAUMER S A inscrita no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30, a exequibilidade até a data 11/09/2025 às 13:06. Motivo: Em virtude do percentual de desconto de 33,22%, tendo como amparo legal o §. 2 Art. 59. da lei 14.133/2021, administração decide realizar diligencia para aferir a exequibilidade da proposta, sendo concedido o prazo de 2 (duas) horas para a apresentação da mesma, junto a plataforma.	11/09/2025 11:04:39
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a justificativa da exequibilidade de preço da participante BAUMER S A inscrita no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30 foi aceita pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: A empresa atendeu a solicitação do pregoeiro, apresentando a comprovação de exequibilidade.	11/09/2025 13:17:05
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante BAUMER S A inscrita no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30, a proposta readequada até a data 11/09/2025 às 15:20.	11/09/2025 13:17:28
BAUMER S A	A participante BAUMER S A inscrita no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30, enviou a proposta readequada.	11/09/2025 14:30:08
Pregoeiro(a)	Prezados licitantes, o processo será temporariamente suspenso e retornara dia 12 de setembro as 08:30 da manhã.	11/09/2025 16:04:02
Pregoeiro(a)	Bom dia prezados licitantes, estamos dando continuidade ao processo.	12/09/2025 08:42:37





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante BAUMER S A inscrita no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30, os documentos habilitatórios até a data: 12/09/2025 às 10:44.	12/09/2025 08:43:00
BAUMER S A	Prezado Sr. Pregoeiro, devido problemas na plataforma para enviar os arquivos, solicitamos um prazo maior para resolvemos a instabilidade/problema	12/09/2025 10:26:55
Pregoeiro(a)	Visando manter a proposta de melhor preço e considerando o problema enfrentado, será dado o prazo de mais 02 (duas) horas para a empresa apresentar a documentação solicitada.	12/09/2025 10:35:42
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante BAUMER S A inscrita no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30, os documentos habilitatórios até a data: 12/09/2025 às 12:40.	12/09/2025 10:35:57
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Complicado CPL, e a isonomia entre os participantes?	12/09/2025 11:14:36
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	A plataforma não esta com problema CPL.	12/09/2025 11:15:37
Pregoeiro(a)	Considerando que o pedido foi apresentado dentro do prazo de habilitação, bem como o princípio da razoabilidade e a justificativa apresentada pela empresa quanto aos problemas enfrentados, esta Comissão, conforme praxe, entende como cabível a concessão de extensão de prazo, visando resguardar o interesse público e garantir a adequada condução do processo.	12/09/2025 12:09:28
Pregoeiro(a)	Participante BAUMER S A inscrita no CNPJ/MF N° 61.374.161/0001-30 foi declarada vencedora do(s) item 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL HOSPITALAR 100 LITROS COM IMPRESSORA OBJETO: AUTOCLAVE HOTIZONTAL HOSPITALAR. INDICAÇÃO: PROJETADO E CONSTRUÍDO PARA SER USADO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS MÉDICAS E CENTROS DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS. COM OSMOSE, APRESENTAÇÃO: CAPACIDADE 100 LITRO.	12/09/2025 12:58:55
Sistema	Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção de recorrer, concernente à decisão do(a) pregoeiro(a).	12/09/2025 12:59:10
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50 foi enviada a(o) pregoeiro(a).	12/09/2025 13:26:29
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, a manifestação de recurso da participante M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 32.593.430/0001-50 foi acolhida pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: A manifestação esta acolhida, fica aberto o prazo para apresentação das razões d.	12/09/2025 13:39:33
Pregoeiro(a)	Prezadas participantes, o prazo para apresentação das razões/contrarrazões foi desconsiderado pelo(a) pregoeiro(a), que apresentou os seguintes motivo: Foi aberto o prazo para apresentação da peça recursal, porem, não enviado no prazo determinado, sendo assim, desconsiderado o pedido de recurso..	18/09/2025 11:00:17

Informamos que a sessão pública do(a) Pregão Eletrônico N° 2025/011-PE foi concluída em total conformidade com as normas estabelecidas e a legislação vigente. Todo o processo foi conduzido com rigor técnico e administrativo, assegurando transparência, legalidade e isonomia. A ata da sessão foi devidamente registrada, reafirmando nosso compromisso com a eficiência, responsabilidade e integridade em cada etapa. Agradecemos a colaboração de todos os participantes, que foram essenciais para o sucesso e a conclusão desta etapa do(a) Pregão Eletrônico.





**MEMBRO(S)**

FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	Romulo Nogueira Castelo Branco	
Equipe de apoio	ANTONIA IOLANDA LUIS DE OLIVEIRA	
Equipe de apoio	Allysson Lopes da Cunha	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 154-400-5480  
PÁGINA: 12 DE 12 - ELISTÉNIO DA NOBRECA LIMA - CPF: 924.\*\*\*.\*\*\*-53

