



AO

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP 2024/001-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.20022024

OBJETO: .1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL DE 16 CORTES COM GANTRY, CONJUNTO TUBO E GERADOR, SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS, GERENCIAMENTO DE DOSE, CONSOLE, MESA DO PACIENTE, WORKSTATION • ESTAÇÃO DE TRABALHO INDEPENDENTE, CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARES, ACESSÓRIOS E EXTRAS**, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE QUIXADA, DE RESPONSABILIDADE DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ESCLARECIMENTOS

A Empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, sediada na Rua Vereador Joaquim Costa, nº 1405, Galpão 07 – Campina Verde Contagem - MG – CEP 32.150-240 Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 00.029.372/0002-21, vem através dessa solicitar pedido de **ESCLARECIMENTO** de alteração quanto ao EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº SRP 2024/001-PE – **EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA**

DOS FATOS

Interessada em participar da licitação, a GE verificou a presença de obrigações e especificações técnicas no Edital as quais necessitam ser adequadas por esta Administração em data anterior ao certame.

Assim, a GE solicita a análise do mérito da presente peça, consoante as razões a seguir aduzidas

Onde lê-se: Estabilizador de tensão de rede com potência compatível para todo o equipamento, não sendo suficiente somente para estabilizar a base computacional;

Alterar para: Estabilizador de tensão de rede com potência compatível para o equipamento (interno ou externo), com suporte a variação de tensão de pelo menos 10% do pico (para + ou para -), e estabilizador para console e workstation .

Justificativa:

Os equipamentos da GE Healthcare já são produzidos com sistema de estabilização interna que suporta uma variação +/- 10%, sendo assim, a instalação de um estabilizador externo (adicional), é desnecessário, para os equipamentos da GE. Desta forma, solicitamos apenas correção no texto, tendo em vista o acima exposto.

DO PEDIDO



Diante de todo o exposto, de modo a possibilitar a ampliação do número de licitantes e consequentemente o alcance da melhor proposta ao Poder Público, requer sejam realizadas as modificações do instrumento editalício do presente certame nos termos expostos na presente, como correta medida de direito.

Contagem, 22 de Abril de 2024

DANILA
BATISTA
SILVA:3567
1903858

Assinado de forma
digital por DANILA
BATISTA
SILVA:35671903858
Dados: 2024.04.22
13:54:30 -03'00'

MIRIAM
DE JESUS
BICHO:295
80689865

Digitally signed
by MIRIAM DE
JESUS
BICHO:29580689
865
Date: 2024.04.22
13:57:04 -03'00'

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

00.029.372/0002-21
INSC. EST.: 001517550.00-90
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO
E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.
Rua Vereador Joaquim Costa, 1405 - Galpão 7
Campina Verde (Chico Grande) - CEP 32150-240
CONTAGEM - MG

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE QUIXADÁ - CPSMQ /CE

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024/001



PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, CNPJ sob o n.º 58.295.213/0021-11, sediada na Rua Otto Salgado, 250 - CEP: 37066-440 - Ind. Cláudio Galvão, Varginha - MG, por ser sociedade distribuidora e fabricante de equipamentos médico-hospitalares, exigidos nos autos deste Processo, tipo menor preço, vem, respeitosamente, formalizar ESCLARECIMENTOS, nos termos das razões abaixo.

- DO DESCRITIVO TÉCNICO

No descritivo técnico do edital verificamos algumas divergências, pedimos a gentileza de nos esclarecer quais especificações devemos considerar para elaborar a proposta de preços:

- Devemos considerar abertura do gantry de 65 cm ou 70 cm?
- Devemos considerar potência do gerador de 28 kW ou 36 kW?
- Devemos considerar faixa de corrente de 10 – 230 mA ou 10 – 300 mA?
- Devemos considerar comprimento volumétrico de 130 cm ou 160 cm?
- Devemos considerar mesa do paciente com peso máximo suportável de 180 ou 220 Kg?
- Devemos considerar altura mínima do solo de 480 mm ou 400 mm?

- DO PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega solicitado no edital poderá ir contra a capacidade dos fornecedores de equipamentos, uma vez que se trata de equipamento de alta complexidade técnica de produção e, salvo melhor juízo, também não há nenhum fornecedor nacional que consiga montar um estoque dos mesmos, quer seja pela diversificação de configurações, ou por estarem sujeitos à importação.


Questionamento: Diante do exposto, é correto o entendimento sobre a possibilidade de aceite da entrega em até 120 (cento e vinte) dias?

A aceitação das sugestões e retorno dos questionamentos supracitados promoverá maior vantagem econômica ao órgão, além de possibilitar a participação de fabricantes que atendem a necessidade fim da aquisição, com grande aceitabilidade clínica e excelente desempenho.

Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta a presente para o e-mail licitacoes.brasil@philips.com

Atenciosamente,

Varginha, 23 de abril de 2024.


AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA
LICITAÇÕES
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS